

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen (§ 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“)
Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens
Name der / des Verletzten bzw. Erkrankten
Datum / Uhrzeit
Abteilung / Arbeitsbereich
Hergang
Art und Umfang der Verletzung / Erkrankung
Name der Zeugen
Erste-Hilfe-Leistungen
Datum / Uhrzeit
Art und Weise der Maßnahmen
Name des Erste-Hilfe-Leistenden

Notfall-Verantwortliche

Befüllen Sie bitte folgende Felder mit **Namen und Telefonnummer**:

Rettungsleitstelle: _____

Ersthelfer/-in(nen): _____

Betriebssanitäter/-in: _____

Erste-Hilfe-Material: _____



Sanitätsraum: _____

Zuständiger Arzt: _____

Sonstiges:

_____:

_____:

(Name der Einrichtung)	Betriebsanweisung Automatisierter externer Defibrillator (AED)	Stand:
Arbeitsbereich:	Arbeitsplatz: Tätigkeit:	
ANWENDUNGSBEREICH		
	Diese Betriebsanweisung gilt für die Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) im Rahmen der Wiederbelebung bei festgestelltem Herzkreislaufstillstand (bewusstlos, keine normale Atmung).	
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT		
<ul style="list-style-type: none"> AED geben bei Kammerflimmern über zwei Klebeelektroden einen Elektroschock in Höhe von meist mehr als 1000 Volt Spannung und 10 Ampere Stromstärke in sehr kurzer Zeit (ca. 5 bis 20 Millisekunden) ab. Bei unsachgemäßer Bedienung des AED kann es durch Kontakt oder leitende Verbindung zu den Klebeelektroden zu Stromunfällen kommen. AED sind in der Regel nicht explosionsgeschützt ausgeführt. AED können zu falschen Analyseergebnissen kommen, wenn die Analyse von außen gestört wird (z. B. starke elektromagnetische Felder). 		
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN		
<ul style="list-style-type: none"> Anwendung nur durch eingewiesene und geschulte Mitarbeiter. Anwendung des AED nur bei festgestelltem Herzkreislaufstillstand. Anweisungen des AED nach dem Einschalten beachten und befolgen. Starke Brustbehaarung entfernen. Elektroden an vorgesehener Stelle fest aufkleben (ggf. Medikamentenpflaster entfernen). Während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten nicht berühren. Bei Schockabgabe Patienten nicht berühren. Keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung. Bei Nässe Patienten auf trockene Unterlage legen. 		
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN		
<ul style="list-style-type: none"> Bei jeglichen Störungen umgehend Gerätebeauftragten (Herr / Frau _____) informieren. Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten. Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden. 		
ERSTE HILFE		
	<ul style="list-style-type: none"> Eigenschutz beachten. Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren. Ersthelfer heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen. Notruf absetzen: 112 und Unfall melden. 	
INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG		
<ul style="list-style-type: none"> Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen. Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen. AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen. Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren. Nach Einsatz des AED Sichtkontrolle durchführen. 		
erstellt durch: _____ / freigegeben durch: _____		



WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Bestellmöglichkeiten



Das Notfall-Handbuch zum Aushängen

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

📞 **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5711>**

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com